

**Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul****LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica****Calibração e Ensaios****REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0024.**Certificado de Calibração****Nº E1678/2019**Data da calibração: 25/10/2019
Data de emissão do certificado: 25/10/2019**Cliente:** Entran Indústria E Comércio De Equipamentos Eletrônicos Ltda - EPP
Rua Mandaguari, 1787 - Emiliano Pernetá - Pinhais - PR**Características da Unidade Sob Teste:**

Nome: Década Resistiva

Fabricante: Entran Ind.

Modelo: PDR-DEC100G

Protocolo Nº: C38903

Nº de Série: 003

Procedimento(s) de Calibração Utilizado(s):

- PC E03 - Revisão 0

Método(s) Utilizado(s):

- Determinação da grandeza sob calibração através da aplicação da Lei de Ohm.
- Comparação direta com o padrão.

Padrão(ões) Utilizado(s):

- Agilent 3458A - Certificado de Calibração nº DIMCI 1240/2019 do INMETRO/LACEL - Válido até 09/2020
- Hewlett Packard 3458A - Certificado de Calibração nº E1675/2018 do LABELO - Válido até 10/2019
- Fluke 5720A - Certificado de Calibração nº DIMCI 0252/2019 do INMETRO/LACEL - Válido até 02/2020
- Incoterm 7664.01.0.00 - Certificado de Calibração nº T0828/2019 do LABELO - Válido até 06/2020

*Observação: Padrões rastreados aos padrões primários nacionais e internacionais.***Observação:**

- Os resultados da calibração estão contidos em tabelas anexas, que relacionam os valores indicados pelo instrumento sob teste, com valores obtidos através da comparação com os padrões e as incertezas estimadas da medição (IM).
- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência "k", para uma distribuição de probabilidade tipo t-Student, com graus de liberdade efetivos (v_{eff}) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com o "Guia para Expressão da Incerteza de Medição", Terceira Edição Brasileira.

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0024.

Certificado de Calibração

Nº E1678/2019

Década Resistiva - Entran Ind. - PDR-DEC100G - 003
 Data da calibração: 25/10/2019 - Data de emissão do certificado: 25/10/2019

Resultado(s) da Calibração:

Resistência

Configuração da UST:	VR UST (MΩ)	MM UMP (MΩ)	IM (MΩ)	k	V _{eff}
0-1	0,3000000	0,2994423	0,0000096	2,03	83
0-2	1,000000	1,007440	0,000020	2,00	∞
0-3	5,00000	4,83387	0,00043	2,00	∞
0-4	10,00000	10,03513	0,00074	2,00	1620
0-5	50,000	49,490	0,030	2,00	∞
0-6	100,000	100,966	0,059	2,00	∞

Valor aplicado à UST: 100V					
Configuração da UST:	VR UST (GΩ)	MM UMP (GΩ)	IM (GΩ)	k	V _{eff}
0-7	0,50000	0,51228	0,00030	2,00	∞
0-8	1,00000	0,95012	0,00055	2,00	∞
0-9	5,0000	4,9226	0,0029	2,00	∞
0-10	10,0000	9,9312	0,0058	2,00	5662

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0024.

Certificado de Calibração

Nº E1678/2019

Década Resistiva - Entran Ind. - PDR-DEC100G - 003
Data da calibração: 25/10/2019 - Data de emissão do certificado: 25/10/2019

Convenções:

UMP: valor indicado na unidade de medição padrão, corrigidos dos erros sistemáticos.

UST: valor indicado na unidade de medição sob teste (em calibração).

VR: valor de referência da grandeza.

VRC: valor de referência calculado da grandeza.

MM: resultado obtido da média aritmética das medidas na unidade de medição correspondente.

MMC: valor calculado equivalente para a média aritmética das medidas.

IM: incerteza da medição.

Para os valores de graus de liberdade efetivos (v_{eff}) calculados acima de 10.000, assume-se ∞ .

Condições ambientais:

Temperatura: $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$

Umidade Relativa: $55\% \pm 10\%$

- Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI).
- Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à calibração nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.
- Calibração realizada nas instalações do LABELO.
- O Certificado de Calibração não deve ser parcialmente reproduzido sem prévia autorização.
- Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrológica.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (InterAmerican Accreditation Cooperation).
- Executor(es) da Calibração: Wiliam Moreira Gonçalves.

Signatário Autorizado